




ATTELLE DE DONWAY

Téléchargé sur <https://lavaiil.net>

© Dr Loïc LAVAILL 2014



Placer l'anneau ischiatique sous le genou et l'ajuster autour de la cuisse. Attacher la boucle sans serrer.



Appuyer sur la valve de décompression.



Desserrer les bagues de verrouillage. Placer l'appareil autour de la jambe.




Adapter les bras coulissants à la longueur voulue.


Les relier aux fiches de l'anneau ischiatique et les serrer en tournant.



Détacher la sangle de cheville. Placer le talon contre la partie rembourrée de la sangle, pied contre le support.



Entrecroiser les sangles supérieures fermement au-dessus du pied.



Serrer les sangles autour du support de pied et fixer avec l'attache velcro.



Utiliser la pompe pour appliquer la pression de traction (10-18kg, zone verte).

Serrer modérément la sangle de l'anneau ischiatique.




Aligner les deux supports de jambe ouverts au niveau du mollet et de la cuisse.



Passer la partie étroite sous la jambe puis autour du bras coulissant et revenir sous la jambe. Fixer après avoir réglé la tension avec le bouton de serrage.



Passer la sangle du genou sous la jambe. Serrer au-dessus du genou avec la boucle de fixation.



Vérifier le niveau de traction, ajuster si besoin. Verrouiller à fond les bagues de serrage pour bloquer la position des bras. Relâcher la pression.